



Sękocin Stary, 9 września 2021 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu ZP 39-219007

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na Dostawę zestawu do pomiarów fotosyntezy i powierzchni aparatów fotosyntetycznych:

Szanowni Państwo,

Zamawiający, Instytutu Badawczego Leśnictwa - działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) zwanej dalej także ustawą Pzp., udziela wyjaśnień do wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie

1. „ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii lub uszkodzenia z terminu nie dłuższego niż 5 dni roboczych do terminu nie dłuższego niż 21 dni roboczych (zapis Projektowane Postanowienia Umowy, par. 9, pkt. 5)?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu Projektowane Postanowienia Umowy, par. 9, pkt. 6 : na następujący:

„W przypadku, gdy usunięcie awarii lub uszkodzenia będzie przekraczać 21 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego oraz dostarczyć, zainstalować i uruchomić w tym czasie sprzęt zastępczy o równoważnych cechach użytkowych. W przypadku niedostarczenia sprzętu zamiennego, Zamawiający może wynająć sprzęt na koszt i ryzyko Wykonawcy”

Uzasadnienie:

Ze względu na fakt, że oferowany sprzęt naukowo-badawczy stanowią przyrządy o wysokim stopniu zaawansowania technicznego umożliwiające bardzo precyzyjne pomiary m. in. przepływów gazowych o mikro objętościach, w wielu przypadkach do ich naprawy oraz serwisowania gwarancyjnego wymagane są wysoko specjalizowane stanowiska pomiarowo-kontrolne oraz precyzyjne wzorcowanie dostępne tylko w centrach serwisowych producenta zlokalizowanych w wybranych miejscach na świecie. W przypadku klientów z Polski, najbliższe centrum znajduje się w Bad Homburg, Niemcy. W związku z tym, jeśli zaistniałaby konieczność wykonania naprawy/serwisu/kalibracji oraz zapewnienia dostawy sprzętu zamiennego z centrum serwisowego proponowany w umowie czas jest niewystarczający

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii lub uszkodzenia z terminu nie dłuższego niż 5 dni roboczych do terminu nie dłuższego niż 21 dni roboczych i w związku z tym dokunuje zmiany zapisu w Projektowanych Postanowieniach Umowy, par. 9, pkt. 6 na następujący:

„W przypadku, gdy usunięcie awarii lub uszkodzenia będzie przekraczać 21 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego oraz dostarczyć, zainstalować i uruchomić w tym czasie sprzęt zastępczy o równoważnych cechach użytkowych. W przypadku niedostarczenia sprzętu zamiennego, Zamawiający może wynająć sprzęt na koszt i ryzyko Wykonawcy”.

Z poważaniem,

Zastępca Dyrektora
Instytutu Badawczego Leśnictwa
ds. Ekonomicznych
dr hab. Piotr Gołoś